

(管理番号)
VDBB62

FileMker入力	責任者	検査担当者
		坂 野

ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2014年 11月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボポンプ	電源電圧	3相 200V 単相 W	冷却法	水冷
型式	P・ET800H / C・806H-TF	周波数	(50)・60)Hz	軸受	磁気浮上
メーカー名	EBARA	吸気フランジ	ISO外径255mm	到達圧力	7.3×10 ⁻⁴ Pa
機械Ser,No	P・GT03 / C・4A007D3	排気フランジ	NW-40	ポンプ温度	19℃
製造年月	P・1995 / C・2005	稼動時間	30,931H		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

※当ポンプ、コントローラは、もとはセット品ではありません。

・動作確認、出荷時はLOCAL状態です。

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)

動作(OK・NG)

